

檢測報告

Test Report

華生水資源生技股份有限公司

114 台北市內湖區行忠路 66 巷 2 號

報告編號：CB2025D0132

報告日期：2025.04.15

申請單位：華生水資源生技股份有限公司

申請單位地址：114 台北市內湖區行忠路 66 巷 2 號

樣品接收日期：2025.04.02

樣品檢測日期：2025.04.07

樣品名稱：華生水資源生技股份有限公司中壢廠包裝飲用水

批號：-

數量：1

製造日期：-

有效日期：-

保存方式：常溫

包裝型式：市售完整包裝

檢測項目：

1.包裝(盛裝)飲用水大腸桿菌群 2.包裝(盛裝)飲用水綠膿桿菌 3.包裝(盛裝)飲用水糞便性鏈球菌

檢測方法：

1.部授食字第 1021951151 號公告訂定『食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中大腸桿菌群檢驗』(MOHWM0020.00)

2.部授食字第 1021951265 號公告修正 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中綠膿桿菌之檢驗(MOHWM0024.01)

3.部授食字第 1021951173 號公告修正『食品微生物之檢驗方法 - 包裝飲用水及盛裝飲用水中糞便性鏈球菌之檢驗』(MOHWM0022.01)

檢測結果：

檢測項目	檢測結果	單位	定量極限/偵測極限
大腸桿菌群	陰性	CFU/100mL	<1
綠膿桿菌	陰性	CFU/100mL	<1
糞便性鏈球菌	陰性	CFU/100mL	<1

備註：1.低於定量/偵測極限之檢測結果以陰性、未檢出或<定量/偵測極限表示。

—報告結束—

報告簽署人

王璽權

實驗室負責人 王璽權



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢驗報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

檢測報告

Test Report

華生水資源生技股份有限公司

114 台北市內湖區行忠路 66 巷 2 號

報告編號：CB2025D0132

報告日期：2025.04.15

樣品照片



檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性作判斷。

報告中樣品資訊及顧客資訊皆由申請單位提供，實驗室僅負責檢測分析。

檢測報告無報告簽署人簽字及“報告專用章”無效。

本報告檢測結果僅對受檢樣品負責。未經 BellCERT 書面同意，申請人不得部分複製本報告，不得擅自使用檢驗結果進行不當宣傳。

本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。